

⑦

TAF-CNLA-R08 試題

職稱：_____ 姓名：_____ 日期：_____

- () 1. TAF-CNLA-R08 係 TAF 之那份規範？
- A. 對報告簽署人之要求
 - B. 量測結果之計量追溯政策
 - C. 有關量測不確定度之政策
 - D. 對實驗室/檢驗機構主管之要求
- () 2. TAF-CNLA-R08 係 TAF 之文件類別為？
- A. 認證通報
 - B. 認證規範
 - C. 技術規範
 - D. 申請表單
- () 3. 報告簽署人 TAF 規定為何人所指定，下列敘述何者最正確？
- A. 申請認證機構之實驗室主管指定
 - B. 必須由品保單位主管指派
 - C. 報告簽署人為申請認證機構之機構權責主管指定之人員
 - D. 品質主管即為報告簽署人
- () 4. 於何處可得知報告簽署人被認可之報告簽署人？
- A. TAF 認證證書及 TAF 認可實驗室名錄中
 - B. 實驗室出具之內校報告上
 - C. 實驗室之商業名片
 - D. 以上皆是
- () 5. 實驗室獲得認證後，若需變更時報告簽署人，應由何人提出新人選，下列敘述何者最正確？。
- A. 品質主管
 - B. 品保部門主管
 - C. 機構負責人
 - D. 應由其機構提出人員變更。
- () 6. 下列敘述何者正確？
- A. 報告簽署人為 TAF 實驗室認證業務中之稱謂，並不表示其須為申請機構中之職稱。
 - B. 報告簽署人為 TAF 實驗室認證業務中之稱謂，必須為實驗室之負責人。
 - C. 報告簽署人應確保其實驗室遵守 TAF 權利與義務規章。
 - D. 報告簽署人負責監督其申請實驗室遵守 TAF 所訂規章。

⑦

TAF-CNLA-R08 試題

職稱：_____

姓名：_____

日期：_____

- () 7. 下列敘述何者正確？
- A. 實驗室報告簽署人不可亦為品質主管。
 - B. 實驗室報告簽署人不可亦為技術主管。
 - C. 報告簽署人之認可為實驗室獲得認證條件之一。
 - D. 以上皆正確。
- () 8. TAF 對實驗室報告簽署人之規定，下列敘述何者正確？
- A. 至少二位，如此可以互為職務代理人
 - B. 實驗室/檢驗機構得有數位報告簽署人，每位報告簽署人應對應可簽署報告之範疇。
 - C. 實驗室/檢驗機構得有數位報告簽署人，每位報告簽署人可簽署報告之範疇要一樣。
 - D. 以上皆非
- () 9. 當實驗室報告簽署人不能使其實驗室符合 TAF 權利與義務規章時，實驗室報告簽署人應於幾日內，以何種方式通知 TAF？
- A. 十日內，書面通知 TAF。
 - B. 三十日內，書面通知 TAF。
 - C. 十五日內，書面通知 TAF。
 - D. 以上皆非。
- () 10. 下列何項為測試實驗室報告簽署人，TAF 規定應具備之條件？
- A. 實驗室報告簽署人應熟悉實驗室運作，實驗室報告簽署人須能以回答對其提出有關實驗室運作之實務問題，來展現其熟悉實驗室運作。
 - B. 實驗室報告簽署人應監督實驗室滿足 TAF 權利義務規章與認證規範，實驗室報告簽署人須能回答對其提出之相關問題，展現其具備此條件。
 - C. 測試實驗室報告簽署人應瞭解測試方法與程序，瞭解測試目的、評估測試能量。。
 - D. 以上皆是。

答案卷										
題號	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

⑦

TAF-CNLA-R08 試題

職稱: _____

姓名: _____

日期: _____

【答案】

答案卷										
題號	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	B	C	A	D	A	C	B	D	C